

別紙10 安佐医師会病院ME機器購入契約仕様書

部門	階	部署・室名	品目名	参考メーカー	参考型式	同等品	数量	備考
外来部門	1階	待合ホール	自動体外式除細動器(AED)	日本光電	AED-3100	左記参考型式以上	1	年間保守料(その他の年間保守料を含めた総額)を入札書に記載すること
臨床検査部門	1階	診察室1~3	心電計	日本光電	ECG-2450	左記参考型式以上	1	解析機能付き仕様。架台・コードハンガー、バーコードリーダー付き
臨床検査部門	1階	検査室	スパイロメーター	フクダ電子	SP370 Hyper	左記参考型式以上	1	
臨床検査部門	1階	検査室	GWシステム	日本光電	CRT-1100	左記参考型式以上	1	サーバー室設置も考慮
外来部門	1階	処置室	生体情報モニタ(ベッドサイドモニタ)	日本光電	PVM-4763	左記参考型式以上	1	年間保守料(その他の年間保守料を含めた総額)を入札書に記載すること。カート付き
リハビリ支援部門	3階	リハビリテーション	自動体外式除細動器(AED)	日本光電	AED-3100	左記参考型式以上	1	年間保守料(その他の年間保守料を含めた総額)を入札書に記載すること
病棟部門	4階	スタッフステーション	生体情報モニタ(セントラル)	日本光電	WEP-1400	左記参考型式以上	1	年間保守料(その他の年間保守料を含めた総額)を入札書に記載すること
病棟部門	4階	診察処置室	心電計	日本光電	ECG-3250	左記参考型式以上	1	架台・コードハンガー、バーコードリーダー、SDメモリカードを含む
病棟部門	4階	器材庫	除細動器(DC)	日本光電	TEC-5621	左記参考型式以上	1	年間保守料(その他の年間保守料を含めた総額)を入札書に記載すること。カート、電極リード付き
病棟部門	4階	器材庫	生体情報モニタ(送信機)	日本光電	ZS-630P	左記参考型式以上	6	
病棟部門	4階	廊下	生体情報モニタ用配線	日本光電	病棟内全てに対応	左記参考型式以上	1	
病棟部門	5階	スタッフステーション	生体情報モニタ(セントラル)	日本光電	WEP-1400	左記参考型式以上	1	年間保守料(その他の年間保守料を含めた総額)を入札書に記載すること
病棟部門	5階	器材庫	自動体外式除細動器(AED)	日本光電	AED-3100	左記参考型式以上	1	年間保守料(その他の年間保守料を含めた総額)を入札書に記載すること
病棟部門	5階	器材庫	生体情報モニタ(送信機)	日本光電	ZS-630P	左記参考型式以上	6	
病棟部門	5階	廊下	生体情報モニタ用配線	日本光電	病棟内全てに対応	左記参考型式以上	1	
病棟部門	6階	廊下	生体情報モニタ用配線	日本光電	病棟内全てに対応	左記参考型式以上	1	配線のみ